

CHIARIMENTI - PROCEDURA N°: HT_2021_152

- 1. E' possibile offrire strumenti con due interfacce seriali una USB e una RS232?**

Si comunica che sono preferibili 2 due interfacce seriali USB e una RS232, ma verranno prese in considerazione anche configurazioni con un interfaccia seriale USB e una RS232.

- 2. In merito all' art 6.3 della lettera invito, è possibile presentare invece di un'unica fornitura analoga, più forniture analoghe nel triennio il cui totale sia pari al valore della fornitura?**

Vi confermiamo che è possibile presentare più forniture analoghe per un totale equivalente all'importo richiesto.

- 3. Da capitolato viene richiesto uno strumento per misurare il ph e la concentrazione di ioni. vengono chiesti elettrodi per il ph ma nessun elettrodo specifico per la misura degli ioni. chiediamo se avete necessita' anche di elettrodi iono-specifici.**

Si comunica che al momento non è emersa alcuna necessità di elettrodi iono-specifici.