

COMUNICATO N. 1
PROCEDURA HT_2021_294_SDA_25

**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI INTEGRATI PER L’ANALISI DELLE
PROTEINE**

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:

Quesito n. 1:

Il capitolato tecnico relativo alla gara, richiede al punto due, APPARATI PER ELETTROFORESI VERTICALE FORMATO MIDI, CARICAMENTO FIANCO A FIANCO (4 quantità). A nostra conoscenza non esistono sul mercato sistemi per elettroforesi verticale Midi con tale modalità di caricamento. Pertanto, si richiede se la modalità di caricamento fianco-a-fianco sia una caratteristica imprescindibile per questo apparato. O, alternativamente, se la modalità di caricamento tradizionale (con un gel davanti all’altro) possa soddisfare le vostre esigenze sperimentali.

Risposta n. 1:

Confermiamo che il caricamento tradizionale di un gel davanti all’altro soddisfa le esigenze sperimentali.

Il termine di presentazione per le offerte è prorogato al giorno 04.10.2021 alle ore 15:00.