

COMUNICATO N. 1

PROCEDURA HT_2021_429_SDA_AS_35

FORNITURA DI AGITATORI A PIATTO ROTANTE, BASCULANTE E ORBITALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT) SINTEL 149700813

CIG: 905528840D

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:

Quesito n. 1:

AGITATORE BASCULANTE: Si chiede conferma della velocità di agitazione indicata. Per le vostre esigenze potreste accettare agitatori con intervallo di velocità compresa tra 2 - 50 rpm? O tra 6-120 rpm?

AGITATORE ORBITALE-1: preferite una versione digitale con display o accettate anche versioni analogiche?

AGITATORE TUBE ROLLER (AGITATORE A RULLI): Si chiede di spiegare meglio la specifica "alternativamente i rulli devono contenere guide che permettano di inclinare le provette a diverse angolazioni.

MISCELATORE VERTICALE A VELOCITÀ VARIABILE E AD ANGOLO : Potete accettare proposte di agitatori verticali che possono alloggiare provette da 1,5 a 50 mL e non provette da 0,5 a 50 mL?

In generale per tutti i lotti: È possibile offrire una duplice proposta se disponibile?

Risposta n.1 :

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti dell'offerta tecnica e l'eventuale proposizione di elementi migliorativi, non sono ammesse offerte alternative.

Per quanto concerne gli agitatori a rulli, significa che oltre alla rotazione, il sistema deve avere anche una componente basculante data, per esempio, dall'asse di rotazione non centrato dei rulli. Pertanto, i rulli possono ruotare a 360°C o, in alternativa, possono basculare.