

## COMUNICATO N. 1

### PROCEDURA HT\_2022\_099\_SDA\_41

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI E FREEZER DA INCASSO SOTTOBANCO E FRIGORIFERI COMBINATI (+4/-20°C) E DI MACCHINE PER IL GHIACCIO A SCAGLIE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT) CIG 9128786086**

**In allegato al presente Comunicato n. 1, si trasmettono:**

- **documento “SDA AS 41 Capitolato Tecnico REV”, il quale annulla e sostituisce il precedente come di seguito modificato:**

ITEM	QUANTITA'
CONGELATORE (-)20°C SOTTOBANCO	16
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Congelatore da sottobanco, antideflagrante per laboratorio. Sistema di raffreddamento statico. Pareti laterali in acciaio inox e vano contenitore interno in acciaio ricoperto con polistirene bianco atossico. Porte reversibili, serratura disponibile.</li><li>• Sbrinamento manuale. Superfici facilmente sanificabili</li><li>• Display Digitale esterno, grande e ben illuminato.</li><li>• Massimo livello di rumorosità: 45dB circa</li><li>• Predisposizione foro passante per sonda di temperatura aggiuntiva da sistemi datalogger (opzionale)</li><li>• Dimensioni e Capacità<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dimensioni esterne di riferimento (A/L/P): 82 x 60 x 62 cm.</b></li><li>- Capacità (valore di riferimento): 130L</li></ul></li><li>• Consumi energetici e sostenibilità ambientale: valori di riferimento<ul style="list-style-type: none"><li>- Valori di riferimento per I consumi: 0,926 KWh/24h.</li><li>- I gas refrigeranti ecologici R600a e R290.</li></ul></li><li>• Allarme sonoro e memoria degli ultimi allarmi</li><li>• Allarme ottico e acustico integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese</li></ul>	
<b>TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI</b>	
<b>30 SETTEMBRE 2022</b>	
SI ANTICIPA CHE: <ul style="list-style-type: none"><li>• N.2 UNITÀ DI CONGELATORE (-)20°C SOTTOBANCO.</li></ul> DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE A 30 GIORNI DALL'ORDINE E COMUNQUE IN DATA ANTECEDENTE AL 30 SETTEMBRE 2022.	
<b>ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI</b>	
24 MESI	

- **Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 04.04.2022 h. 15.00.**

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:

#### **Quesito n.1**

**Per la fornitura di CONGELATORE -20C SOTTOBANCO:**

**DIMENSIONI:** Potete confermarci le dimensioni? Il capitolato riporta (L/P/A): 82 x 60 x 62 cm. Si chiede se c'è stata un'inversione nelle misure di L ed A e se quindi potete accettare un congelatore alto 82 cm

### **Risposta n.1**

Si prega di prendere visione del Capitolato Tecnico\_REV.

### **Quesito n.2**

**Per la fornitura di CONGELATORE -20C SOTTOBANCO:**

**MATERIALE:** Richiedete pareti laterali in acciaio inox: accettate proposte di congelatori dotati di pareti laterali esterne fatte con materiale acciaio e colore bianco e con interno in PS termoformato atossico?

### **Risposta n.2**

Fermo restando che il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico, si conferma quanto indicato nella lettera di invito al punto 14.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP.2 - in merito alla fornitura di prodotti equivalenti.

Ove venissero proposti materiali diversi dai requisiti tecnici minimi dell'offerta tecnica, si richiede di dare evidenza di prestazioni equivalenti.

### **Quesito n.3**

**Per la fornitura di FRIGORIFERO (+)4°C SOTTOBANCO:**

**MATERIALE:** Richiedete Pareti laterali in acciaio inox e vano contenitore interno in acciaio ricoperto con polistirene bianco atossico. Accettate proposte di frigoriferi dotati di pareti laterali esterne fatte con materiale acciaio e colore bianco e con interno in PS termoformato atossico?

### **Risposta n.3**

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2.

### **Quesito n.4**

**Per la Fornitura di FRIGOCONGELATORI:** Potete accettare frigocongelatori privi di ruote?

### **Risposta n.4**

Si conferma.

### **Quesito n.5**

**Per la fornitura di PRODUTTORE DI GHIACCIO:**

Potete accettare strumenti che hanno un'altezza di 89 cm?

#### **Risposta n.5**

Il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, non potranno essere accettate altezze superiori a quanto indicato nello stesso.

#### **Quesito n.6**

7.3. Requisiti di capacità tecnica professionale Che tipo di strumentazione può essere considerata per il calcolo della capacità tecnico/professionale: solo strumentazione per il freddo o equipment standard da laboratorio come da oggetto della procedura?

#### **Risposta n.6**

Per forniture analoghe si intendono tutte quelle assimilabili a quelle dell'oggetto dell'appalto, nel mercato di riferimento per le stesse categorie merceologiche.

#### **Quesito n.7**

Trattandosi di numerosi strumenti chiediamo la compilazione del modulo in allegato per tutti gli strumenti richiesti in modo da potere considerare le spese relative al trasporto degli stessi.

#### **Risposta n.7**

La compilazione del modulo indicato non compete alla Stazione Appaltante.

#### **Quesito n.8**

In considerazione dell'eventuale redazione della proposta e della sua complessità chiediamo inoltre se possibile concedere una proroga della scadenza del termine ultimo di presentazione.

#### **Risposta n.8**

**Il termine di presentazione per le offerte è prorogato al giorno 04.04.2022 alle ore 15:00.**

#### **Quesito n.9**

**Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco:** si chiede di confermare se le misura (L/P/A) 82 x 60 x 62 cm siano confermate in quanto solitamente tali strumenti hanno un'altezza superiore a 80 cm.

#### **Risposta n.9**

Si prega di prendere visione del Capitolato Tecnico\_REV.

#### **Quesito n.10**

**Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco:** si chiede di chiarire cosa si intende per antideflagrante specificando la normativa di riferimento.

### **Risposta n.10**

Si fa riferimento alla certificazione ATEX 95.

### **Quesito n.11**

**Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco:** si richiede se è considerato equivalente offrire uno strumento con le pareti esterne in acciaio preverniciato e l'interno Inox in quanto l'interno in acciaio Inox AISI304 permette una migliore pulizia e una miglior durata nel tempo.

### **Risposta n.11**

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2.

### **Quesito n.12**

**Per la fornitura-ITEM Frigorifero sottobanco:** si richiede se è considerato equivalente offrire uno strumento con le pareti esterne in acciaio preverniciato e l'interno Inox in quanto l'interno in acciaio Inox AISI304 permette una migliore pulizia e una miglior durata nel tempo.

### **Risposta n.12**

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2.

### **Quesito n.13**

**Per la fornitura di ITEM frigocongelatori:** si richiede una tolleranza del 10% sulle dimensioni proposte: dimensioni (L/P/A) 600 x 620 x 2000 mm.

### **Risposta n.13**

Il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, non potranno essere accettate altezze superiori a quanto indicato nello stesso.

### **Quesito n.14**

In riferimento richiesta certificazione ATEX per congelatori sottobanco, crediamo sia preferibile avere anche la certificazione ATEX per la copertura antideflagrante esterna oltre che dell'interno dell'apparecchio. Sugeriamo questa soluzione per evitare che ambienti di laboratorio saturi di vapori infiammabili possano favorire rischi di incendi.

### **Risposta n.14**

Si conferma che i requisiti minimi richiesti sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico, eventuali elementi integrativi potranno essere presentati come migliorativi.