

COMUNICATO N. 3
PROCEDURA HT_2022_210

APPALTO SPECIFICO AI SENSO DELL'ART 55 D.L.GS. N. 50/2016, INDETTO DALLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL PROCESSAMENTO DI CAMPIONI DI DNA GENOMICO UMANI CHE PREVEDANO IL SEQUENZIAMENTO DELL'INTERO GENOMA

CIG 92376172B4

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:

Quesito n.1:

In riferimento all'oggetto, tra i requisiti primari del Servizio, viene richiesto che dovrà essere garantito un coverage genomico medio pari a 20x per ciascun campione, poi viene indicato che almeno l'85% del genoma di ciascun campione dovrà avere un coverage pari o superiore a 10x. Si richiedono chiarimenti in dettaglio, su cosa viene inteso specificatamente per l'85%, ossia l'85% del genoma di ciascun campione oppure che l'85% dei campioni totali possa avere un coverage minimo del 10x.

Risposta n.1

Come specificato nel Capitolato Tecnico al punto 2 "Requisiti primari del Servizio", confermiamo che almeno l'85% del genoma di ciascun campione dovrà avere un coverage pari o superiore a 10X. Dovrà essere garantito un coverage genomico medio pari a 20X.